

## Juego de verificación de calibración Cloro Libre

HI 701-11



### Descripción

El set de verificación HI701-11 para el Checker HC de cloro libre provee una solución simple para validar el checker HI701 en el rango de 0.00 a 2.50 ppm (mg/L). Este set de estándares de alta calidad se elabora en nuestra fábrica especializada y se entrega junto a un certificado de análisis. El certificado de análisis muestra el número de lote, valores de referencia y fecha de expiración lo que provee trazabilidad a la hora de certificar los Checker HC.

- Entregado con certificado de análisis
- Valores estándar de 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre @25°C
- Reutilizables con larga vida útil

### Especificaciones

Empaque	Cubeta
Cantidad	1 set

Certificado de análisis	Si
-------------------------	----

## Accesorios

- Checker de Cloro libre **HI701**

## Cómo pedir

El set de verificación **HI701-11** se entrega con una cubeta cero (1), cubeta 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre @25°C (1) y certificado de análisis.

## Ventajas

Los HI711-11 son estándares de verificación que permiten al usuario validar el Checker de cloro libre HI701. El HI711-11 incluye una cubeta sellada con muestra cero ppm de cloro libre y una cubeta de color equivalente a 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre a @25°C. El set de calibración se produce en nuestra fábrica especializada usando reactivos de alta calidad en un ambiente de temperatura controlada.

El HI701-11 se entrega con un certificado de análisis que especifica:

- Código del producto
- Número de lote
- Fecha de expiración

## Video

No Especifica